

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy in phim khô y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An
- Địa chỉ : Thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Đình Dũng - Nhân viên Phòng KHTH, Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An - SĐT: 0978786578

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng báo giá và các hồ sơ liên quan gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng KHTH, Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An – Thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An. SĐT: 0978786578

- Đồng thời gửi file mềm báo giá và các hồ sơ liên quan qua mail: dungcon1107@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

Bản báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An trước 17h ngày 26/7/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được đơn vị xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
-----	----------	--	----------------------	-------------

1	Máy in phim khô y tế	Thông số kỹ thuật - Phương thức in: Laser - Số khay phim: 02 khay - Có thể in các cỡ phim: 20x25, 25x30, 26x36, 35x43 cm - Công suất in phim: Khoảng 80 phim/ giờ 35 x 43 cm (14" x 17") - Kích thước điểm ảnh: 50 µm (508 dpi)/100 µm (254 dpi) - Mức thang xám: 14 bit - Bộ nhớ hình ảnh: 1GB - Điều chỉnh mật độ: Tự động Năm sx: 2023 Chất lượng: Mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Điều kiện hoạt động: nhiệt độ lên đến 30°C, độ ẩm lên đến 70% (không ngưng tụ) Nguồn điện: AC 100-240V, 50-60Hz	01	Máy
---	----------------------	--	----	-----

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp: Khoa CDHA-TDCN, Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An – Địa chỉ : Thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An.

- Yêu cầu vận chuyển, bảo quản hàng hóa : Hàng hóa được vận chuyển và bảo quản theo đúng tính chất của loại hàng hóa chào giá.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian giao hàng: Không quá 5 ngày kể từ khi đơn vị đặt hàng.

Kính mong nhận được sự quan tâm của các công ty./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT,KHTH.



GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Hồng